

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 001

Ref. Cotação Prévia de Preços – Edital 001/2021

Prezados Senhores:

Em atenção ao e-mail de 05/02/2021 às 00:09h que informa dúvidas sobre especificação/descrição de alguns equipamentos mencionados no Edital, cumpre-nos responder:

- **Pergunta:** em relação a descrição de carro maca referente a estrutura do leito “estrutura radiotransparente ou leito inox” é contraditória, qual prevalecerá?

Resposta: ambas atendem as necessidades de nossa instituição, portanto, propostas tanto de estrutura radiotransparente como de aço inox serão aceitas. Prevalecerá a proposta de menor preço.


- **Pergunta:** Quanto a lavadora ultrassônica podem ser encaminhadas propostas com capacidade de 30 ou 40 litros?

Resposta: Sim. Conforme consta no Anexo 01 do Edital, Item 03 (Equipamentos a serem adquiridos), a capacidade da lavadora ultrassônica solicitada é acima de 15 l.

-**Pergunta:** Proposta de Aparelho de Eletrocardiógrafo com melhores características das que foram solicitadas no Edital podem ser apresentadas?

Resposta: Sim. Desde que apresentem minimamente o que está descrito no Edital.

Atenciosamente,



Marcos Antônio Kastl

Presidente da Comissão de Licitação

Associação Hospitalar Bom Jesus

Setor de Responsabilidade Social

Telefone: (42) 3220 5098 | responsabilidadesocial@hbjc.om.br

Av. Dom Pedro II, 108 – Nova Rússia – Ponta Grossa – Paraná

MATRIZ CNPJ 75.608.547/0001-73 | FILIAL CNPJ 75.608.547/0003-35